

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Ostrzeżenia są sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania URZĄDZEŃ DO STERYLIZACJI

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

1. Ogólne środki bezpieczeństwa

- Używaj urządzenia do sterylizacji wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcjami podanymi przez producenta.
- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi, zwracając uwagę na sekcje dotyczące bezpieczeństwa.
- Trzymaj urządzenie z dala od dzieci – szczególnie gdy jest włączone lub rozgrzane.

2. Zagrożenia mechaniczne

- Upewnij się, że pokrywa urządzenia jest prawidłowo zamknięta przed uruchomieniem procesu sterylizacji.
- Nie wkładaj rąk ani innych przedmiotów do wnętrza urządzenia podczas pracy, aby uniknąć ryzyka oparzeń lub uszkodzeń mechanicznych.
- W przypadku urządzeń z ostrymi elementami (np. metalowymi wkładkami) zachowaj ostrożność, aby uniknąć skaleczeń podczas czyszczenia i konserwacji.

3. Zagrożenia elektryczne

- Podłączaj urządzenie wyłącznie do gniazdka z odpowiednim napięciem, zgodnym z wymaganiami producenta.
- Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający, wtyczka lub obudowa są uszkodzone.
- Unikaj używania urządzenia w wilgotnym środowisku, takim jak łazienka, aby zapobiec ryzyku porażenia prądem.
- Nie zanurzaj urządzenia elektrycznego ani jego części w wodzie.

4. Zagrożenia termiczne

- Urządzenie osiąga wysokie temperatury podczas pracy – unikaj dotykania zewnętrznych powierzchni oraz wnętrza urządzenia bez odpowiednich narzędzi ochronnych.
- Po zakończeniu procesu sterylizacji odczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie, zanim rozpoczniesz jego czyszczenie lub demontaż.
- Nie umieszczaj urządzenia na powierzchniach łatwopalnych, takich jak obrusy, papier czy drewno.

5. Środki ostrożności związane z użytkowaniem

- Przechowuj urządzenie na stabilnej, płaskiej i suchej powierzchni, aby zapobiec jego przewróceniu lub zalaniu.
- Stosuj wyłącznie rekomendowane przez producenta akcesoria i płyny do sterylizacji.
- Regularnie sprawdzaj stan wnętrza urządzenia – usuń wszelkie osady lub pozostałości, które mogą wpływać na skuteczność sterylizacji.

6. Konserwacja i higiena

- Przed rozpoczęciem czyszczenia odłącz urządzenie od zasilania i upewnij się, że całkowicie ostygło.
- Czyść wnętrze i zewnętrzne części urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta, unikając ostrych detergentów, które mogą uszkodzić powierzchnie.
- Regularnie kontroluj stan przewodu zasilającego oraz innych elementów – w przypadku uszkodzeń skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

7. Ostrzeżenia dotyczące użytkowników

- Osoby starsze oraz z ograniczeniami ruchowymi powinny zachować szczególną ostrożność podczas obsługi urządzenia do sterylizacji i w razie potrzeby skorzystać z pomocy innej osoby.
- Jeśli urządzenie działa nietypowo (np. wydaje dym, emituje dziwne dźwięki lub zapachy), natychmiast je wyłącz, odłącz od zasilania i skontaktuj się z serwisem producenta.
- Nie pozostawiaj urządzenia włączonego bez nadzoru, szczególnie podczas procesów wymagających wysokich temperatur.

Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.